

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 27.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 948-76

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА МЕДИ (М200х)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава меди (ГОСТ 859-66)

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1993

Описание СО:

материалом СО является медь (ГОСТ 859-66). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки с герметичной крышкой.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

Мценский ф-л ин-та Гипроцветметобработка

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Fe	(0.0021)	%		
01	Pb	(0.0005)	%		
01	Sb	(0.00021)	%		

01	Zn	(<0.0003)	%		
01	Bi	(<0.0005)	%		
01	Mn	(<0.0005)	%		
01	Mg	(<0.0005)	%		
01	Si	(<0.0003)	%		
01	Cr	(<0.0001)	%		
01	Ag	(0.0012)	%		
01	S	(0.005)	%		
01	Cu	99.966	%	0.013	A
01	Ni	0.0014	%	0.00017	A
01	Sn	0.000093	%	0.000015	A
01	P	0.0034	%	0.00024	A
01	As	0.00013	%	0.000026	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.