

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 950-90П

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 09Х16Н4Б (С34В)  
**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля правильности результатов анализа легированных сталей (ГОСТ 5632-72).

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.06.2000

**Описание СО:**

СО изготовлен из стали легированной типа 09Х16Н4Б в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки по 250 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**  
ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	As	(<0.005)	%		
01	C	0.105	%	0.002	A
01	Si	0.521	%	0.007	A

01	Mn	0.232	%	0.004	A
01	Cr	15.52	%	0.03	A
01	Ni	3.97	%	0.01	A
01	Ti	0.521	%	0.005	A
01	V	0.580	%	0.007	A
01	Cu	0.157	%	0.003	A
01	S	0.0037	%	0.0002	A
01	P	0.0136	%	0.0005	A
01	Nb	0.093	%	0.002	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.