

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 27.03.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 958-76/961-76

Количество СО в комплекте: 4

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СПЛАВА 01177 (комплект)

**Назначение СО:**

СО предназначены для спектрального анализа сплава 01177 (ТУОП 1-9-697-73).

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

Действителен до: 01.12.1995

**Описание СО:**

материалом СО является сплав 01177 (ТУОП 1-9-697-73). Комплект включает 4 СО. СО изготовлены в виде стержней длиной 90 мм и диаметром 6 мм, упакованных в коробку по 4 штуки.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ВИАМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** использование государственных эталонов единиц величин

**Срок годности экземпляра СО:** не ограничен

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Cu	3.17	%	0.04	A
02	Cu	4.34	%	0.03	A

03	Cu	5.00	%	0.04	A
04	Cu	5.97	%	0.09	A
01	Mg	5.05	%	0.08	A
02	Mg	4.42	%	0.08	A
03	Mg	4.22	%	0.04	A
04	Mg	3.13	%	0.07	A
01	Mn	0.24	%	0.01	A
02	Mn	0.53	%	0.02	A
03	Mn	0.36	%	0.01	A
04	Mn	0.83	%	0.03	A
01	Fe	0.21	%	0.002	A
02	Fe	0.37	%	0.02	A
03	Fe	0.14	%	0.01	A
04	Fe	0.066	%	0.002	A
01	Ti	0.036	%	0.004	A
02	Ti	0.16	%	0.02	A
03	Ti	0.12	%	0.01	A
04	Ti	0.022	%	0.025	A
01	Si	0.043	%	0.007	A
02	Si	0.14	%	0.02	A
03	Si	0.088	%	0.014	A
04	Si	0.18	%	0.02	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.