

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 27.03.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 964-76

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ (С21)

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава легированной стали (ГОСТ 5950-73).

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.06.1996

**Описание СО:**

материалом СО является легированная сталь (ГОСТ 5950-73). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки емкостью 100 мл с герметичной крышкой.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
С21	С	0.381	%	0.004	А
С21	Mn	0.256	%	0.003	А

C21	Si	0.21	%	0.01	A
C21	P	0.012	%	0.001	A
C21	S	0.0061	%	0.0005	A
C21	Cr	2.40	%	0.01	A
C21	W	4.83	%	0.04	A
C21	Mo	0.75	%	0.01	A
C21	V	0.83	%	0.02	A
C21	Cu	0.151	%	0.004	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.