

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 966-80П

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА СВ-08X19N9Ф2С2 (С41А)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава сталей легированных (ГОСТ 2246-70) на аттестованные элементы в соответствии с ГОСТ 12344-78 - ГОСТ 12350-78, ГОСТ 12355-78, ГОСТ 12345-66, ГОСТ 12347-77, ГОСТ 12351-66, ГОСТ 12352-66, ГОСТ 12359-66.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.10.1990

Описание СО:

материалом СО является сталь легированная (ГОСТ 2246-70). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки с герметичной крышкой по 250 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
-----------	------------------------------	------------------------	------------------	---------------------	-----

				$\pm\Delta^*$	
C41A	C	0.101	%	0.002	A
C41A	Si	1.33	%	0.01	A
C41A	Mn	1.38	%	0.01	A
C41A	Cr	19.03	%	0.03	A
C41A	Ni	8.36	%	0.03	A
C41A	V	1.97	%	0.01	A
C41A	Cu	0.152	%	0.003	A
C41A	S	0.0060	%	0.0002	A
C41A	P	0.010	%	0.001	A
C41A	N	0.091	%	0.002	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.